STOLLE

Stolle Sanitätshaus GmbH & Co. KG · Am Neuländer Gewerbepark 6 · 21079 Hamburg

Herr

Jürgen Willi Sievers
Holitzberg 89a
22417 Hamburg

Kunden Tel.: 01712145346 Sch
Kunden Nr.: 999059

VORGANGNUMMER

# Lieferschein / Empfangsbestätigung

**Nummer:** 7073031
**Datum:** 11.Mai 2023
**Vo-Nr.:** 4908031
**Auftrag Nr:** 6090398

**Sachbearbeiter:** Herr Heinze
**Telefon:** 040-645960
**Telefax:** 040-64596211

**Filiale:** REHA-AKTIV T
**IK-Nummer:** 330205110

**Hilfsmittel:** Elektrorollstuhl
**(146706)** mit Hubsitz und Stehfunktion

**Register-Nr.:** 146706
**Himi-Nr.:** 18.99.03.2021

**Neuversorgung Steh-Elektrorollstuhl privat.**

**Com: J.W.S./ 4908031 / 309 / heinze / aurich.**

**Finales Angebot Permobil O2000247782_1096298_**

| | Menge | ME | Artikel |
|---|---|---|---|
| - | 1,00 | Stück | **30050/5706**<br>Elektrorollstuhl F5 Corpus VS<br>mit Hubsitz und Stehfunktion<br>belastbar bis 136kg<br>Hilfsmittelnummer: 18.99.03.2021 |
| - | 1,00 | Stück | **30050/5710**<br>StVZO Kit F5 VS Corpus<br>Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0999 |
| - | 1,00 | Stück | **30050/6175**<br>Bodilink Kopfstütze M Max 8<br>Std. Rücken<br>Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0999 |
| - | 1,00 | Stück | **30050/3712**<br>Wadenstützen, small<br>110x90, Stoff Mesh (VS/HD)<br>Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0999 |

Entspricht nicht der ausgehandelten Beauftragung. Sollte durch passende ausgetauscht werden.

**Lieferschein-Nr. 7073031 vom 11.05.2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | 1,00 | Stück | **30050/3978**<br>Brustband Bodypoint elastisch, large<br>Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0999 | |
| - | 1,00 | Stück | **30050/3751**<br>Gurt Bodypoint 2-Punkt Gr.L<br>mit Pads<br>Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0905 | |
| - | 1,00 | Set | **30050/2379**<br>Transfergriffe<br>Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0999 | Mangelhaft. Der linke Griff ist in der Halterung so lose, sodass er bei Zug raus geht und ich den Halt verliere und Stürze. |
| - | 1,00 | Stück | **30050/5275**<br>Telefonhalterung X-Grip<br>Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0999 | Unbrauchbar. Es fehlt die vereinbarte, leicht abnehmbare und in den mir noch möglichen Arbeitsbereich ein-schwenkbaren Halterung. |
| - | 1,00 | Stück | **30014/6156**<br>Joystick R-Net mit 3,5" Farbdisplay<br>mit BT<br>Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0999 | |
| - | 1,00 | Stück | **30050/9353**<br>Joystickhalter, höhenverstellbar, rechts<br>Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0999 | |
| - | 1,00 | Stück | **30050/3947**<br>Ladegerät USB<br>Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0999 | |
| - | 2,00 | Stück | **30050/3281**<br>Mini Cup Schalter, 24mm<br>Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0999 | Der vereinbarte Schalter, zum absenken der Sitzfläche, fehlt. Dafür zwei provisorische, unerreichbare Schalter hinter dem Sitz. |
| - | 1,00 | Stück | **30050/5273**<br>Parametrierung, Programmierung, vor Ort 1/2 Tag<br>Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0999 | Bis Heute nicht erfolgt! |
| - | 10,00 | Stück | **75000/91**<br>Arbeitswert je 6min, manuell<br>Umbau Tablethalterung vom alten an den neuen ERS | Bis Heute nicht erfolgt! |
| - | 1,00 | Stück | **30051/6538**<br>Sonderbau, Beinstütze<br>Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0999 | Mangelhaft. Erreichbare Bedienknöpfe fehlen und die Einbindung in die Steuerung ist nicht erfolgt. |

**Lieferschein-Nr. 7073031 vom 11.05.2023**